



VERSLAG VAN NAZICHT VAN DE OFFERTES

Datum verslag: 4 november 2014

Opdrachtgevend bestuur:

Naam: OCMW Gent
 Adres: Onderbergen 86
 9000 Gent
 Telefoon: 09 266 99 11
 Fax: 09 266 92 19

1. Algemene gegevens

Raamcontract tilliften	
Leveringsplaats	verschillende woonzorgcentra
Besteknummer	FM/2014/213 (ID: 234)
Soort opdracht	leveringen
Raming	€ 303.226,00 (incl. btw)
Perceel 1 (Badliften met weegmodule)	
Raming	€ 143.022,00 (incl. btw)
Voorziene looptijd	48 maanden
Perceel 2 (Actieve tilliften)	
Raming	€ 71.874,00 (incl. btw)
Voorziene looptijd	48 maanden
Perceel 3 (Passieve tilliften)	
Raming	€ 88.330,00 (incl. btw)
Voorziene looptijd	48 maanden
Gunningswijze	Open offerteaanvraag
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze	8 april 2014 (Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
Verzenddatum publicatie	14 april 2014
Datum opening	3 juni 2014 om 10.30 uur (= Uiterste datum voor het indienen van de offertes)
Plaats van opening	OCMW Gent, Facility Management, vergaderzaal Henry Van de Velde, Oefenpleinstraat 6 te 9050 Gentbrugge
Einde van de verbintenistermijn	30 november 2014

2. Offertes

Nr.	Naam	Postcode	Woonplaats	Prijs incl. btw
Perceel 1 (Badliften met weegmodule) 3 firma's hebben een offerte ingediend:				
1	Arjohuntleigh nv	9420	Erpe-Mere	€ 102.730,79
2	Axamed NV	9100	Sint-Niklaas	€ 91.840,94



3	Ergocare	NL-7547 TK	Enschede	€ 94.786,68
Perceel 2 (Actieve tilliften) 6 firma's hebben een offerte ingediend:				
1	Axamed NV	9100	Sint-Niklaas	€ 54.043,32
2	Arjohuntleigh nv	9420	Erpe-Mere	€ 47.587,94
3	Arseus Medical nv	8790	Waregem	€ 45.126,95
4	Metra bvba	9050	Gentbrugge	€ 41.512,58
5	Medical Scientific Huaert nv	3384	Glabbeek	€ 36.503,04
6	Ergocare	NL-7547 TK	Enschede	€ 49.298,55
Perceel 3 (Passieve tilliften) 6 firma's hebben een offerte ingediend:				
1	Arjohuntleigh nv	9420	Erpe-Mere	€ 65.597,89
2	Axamed NV	9100	Sint-Niklaas	€ 82.088,82
3	Arseus Medical nv	8790	Waregem	€ 61.619,25
4	Metra bvba	9050	Gentbrugge	€ 51.205,02
5	Medical Scientific Huaert nv	3384	Glabbeek	€ 32.125,46
6	Ergocare	NL-7547 TK	Enschede	€ 72.601,04

3. Kwalitatieve selectie van de inschrijvingen

Vereiste documenten en attesten





Uitsluitingscriteria: juridische situatie:

* De leverancier mag zich niet bevinden in één van de uitsluitingstoestanden van artikel 61, §1 en 2 van het KB Plaatsing. Door ondertekening van de offerte verklaart de kandidaat/inschrijver zich niet te bevinden in één of meerdere van onderstaande uitsluitingstoestanden:

Verplichte uitsluitingstoestanden:

- veroordeeld zijn door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis voor:
 - deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek;
 - omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek;
 - fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de Wet van 17 februari 2002;
 - witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Facultatieve uitsluitingstoestanden:

- in staat van faillissement of van vereffening verkeren, zijn werkzaamheden hebben gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie hebben ondergaan, of in een vergelijkbare toestand verkeren als gevolg een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;
- aangifte hebben gedaan van zijn faillissement of voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;
- bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis veroordeeld zijn voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan;
- niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid;
- niet in orde zijn met betaling van de belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of van het land waar de inschrijver gevestigd is;
- zich in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar in het kader van de kwalitatieve selectie, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt.

De kandidaat/inschrijver voegt wel volgende bewijsstukken bij zijn offerte:

- een attest waaruit blijkt dat voldaan is aan de beroepsmatige fiscale verplichtingen (personen- of vennootschapsbelasting en btw-verplichtingen) overeenkomstig de wettelijke bepalingen (van het land van vestiging). Het attest betreft de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste indieningsdatum van de offertes (art. 63 KB Plaatsing)

De aanbestedende overheid zal zelf via elektronische weg nagaan of de kandidaat/inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid de vereiste bijdragen heeft betaald in de zin van art. 62, §1 KB Plaatsing.

De aanbestedende overheid kan in eender welk stadium van de procedure en met alle middelen die zij dienstig acht inlichtingen inwinnen over de situatie van om het even welke kandidaat of inschrijver.

Selectiecriteria: economische en financiële draagkracht:

* Met het oog op de beoordeling van de financiële en economische draagkracht voegt de kandidaat/inschrijver volgende gegevens/documenten bij zijn offerte:

een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet in de producten, waarop de opdracht betrekking heeft, van de laatste drie afgesloten boekjaren.

De jaarrekeningen van de Belgische inschrijvers over de laatste drie boekjaren zullen door de aanbestedende overheid elektronisch opgevraagd worden.



Buitenlandse inschrijvers moeten een kopie van hun gecertificeerde jaarrekeningen over de laatste 3 boekjaren bij hun offerte voegen.

Minimumeisen:

Uit de financiële ratio's (liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit, betalingstermijn klanten en leveranciers) m.b.t. de jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren moet een gezonde financiële toestand blijken en de omzet in de producten, waarop de opdracht betrekking heeft, moet voldoende groot zijn, d.w.z. minstens 10 keer zo groot als het bedrag van de offerte op jaarbasis, om te voldoen aan de financiële en economische minimumeisen.

Selectiecriteria: technische bekwaamheid:

Om de aanbestedende overheid in staat te stellen de technische of beroepsbekwaamheid van de kandidaat/inschrijver na te gaan, worden volgende gegevens/documenten bij de offerte gevoegd:

- lijst met minimaal de vijf voornaamste klanten gedurende de afgelopen drie jaar met het totaal bedrag, excl. BTW van de leveringen per jaar;
- beschrijving van de technische uitrusting en de maatregelen om de kwaliteit te waarborgen;
- eventuele certificaten opgesteld door erkende officiële diensten of instituten voor kwaliteitscontrole.

De leidend ambtenaar heeft het recht zich, eventueel vergezeld van andere deskundigen, ter plaatse in de onderneming en in de vestiging of het bedrijf, waar de goederen geproduceerd worden, van de financiële, economische en technische bekwaamheid te komen vergewissen.

Reis- en verblijfskosten voor een buitenlands bezoek, vallen ten laste van de inschrijver.

Minimumeisen:

Het totaal bedrag van de leveringen gedurende de laatste 3 jaar aan minstens één van de vijf voornaamste klanten moet minimaal gelijk zijn aan het totaal bedrag van de offerte op jaarbasis.

De beschrijving van de technische uitrusting, het wagenpark en de maatregelen om de kwaliteit te waarborgen, moeten aantonen dat de inschrijver de opdracht technisch en kwalitatief aankan. Kwaliteitscertificaten (bv. ISO-certificaten) zijn niet verplicht, maar kunnen bijdragen tot een positieve beoordeling van de technische bekwaamheid.

Samenvatting van het nazicht van de inschrijvers

Naam	Tijdig	RSZ	Btw + bel.*	Jur. ¹	Fin. ²	Techn. ³
Arjohuntleigh nv	Ja	OK	OK	OK	OK	OK
Arseus Medical nv	Ja	---	---	---	OK	OK
Axamed NV	Ja	---	---	---	OK	OK
Ergocare	Ja	---	---	---	OK	OK
Metra bvba	Ja	---	---	---	OK	OK
Medical Scientific Huaert nv	Ja	---	---	---	OK	OK



* Btw + belastingen

¹ Juridische situatie

² Economische en financiële draagkracht

³ Technische bekwaamheid

Besluit van de kwalitatieve selectie

Volgende inschrijvers worden geselecteerd omdat eventuele tekortkomingen niet essentieel zijn:

Naam	Motivering
Arjohuntleigh nv	In orde na verificatie van verklaring op eer
Arseus Medical nv	Geselecteerd op basis van een verklaring op eer
Axamed NV	Geselecteerd op basis van een verklaring op eer
Ergocare	Geselecteerd op basis van een verklaring op eer
Metra bvba	Geselecteerd op basis van een verklaring op eer
Medical Scientific Huaert nv	Geselecteerd op basis van een verklaring op eer

4. Administratief, rekenkundig en technisch nazicht van de offertes van geselecteerde kandidaten

Formeel nazicht

Nr.	Naam	Status	Opmerkingen
Perceel 1 (Badliften met weegmodule)			
1	Arjohuntleigh nv	OK	In orde
2	Axamed NV	OK	In orde
3	Ergocare	OK	In orde
Perceel 2 (Actieve tilliften)			
1	Axamed NV	OK	In orde
2	Arjohuntleigh nv	OK	In orde
3	Arseus Medical nv	OK	In orde
4	Metra bvba	OK	In orde
5	Medical Scientific Huaert nv	OK	In orde
6	Ergocare	OK	In orde
Perceel 3 (Passieve tilliften)			
1	Arjohuntleigh nv	OK	In orde
2	Axamed NV	OK	In orde
3	Arseus Medical nv	OK	In orde
4	Metra bvba	OK	In orde
5	Medical Scientific Huaert nv	OK	In orde
6	Ergocare	OK	In orde



Materieel nazicht van de offertes

Nr.	Naam	Status	Opmerkingen
Perceel 1 (Badliften met weegmodule)			
1	Arjohuntleigh nv	OK	In orde
2	Axamed NV	OK	In orde
3	Ergocare	OK	Bij de berekening van de btw (21%) werd een rekenfout gemaakt: € 16.450,58 i.p.v. € 15.667,22.
Perceel 2 (Actieve tilliften)			
1	Axamed NV	OK	In orde
2	Arjohuntleigh nv	OK	In orde
3	Arseus Medical nv	OK	In orde
4	Metra bvba	OK	In orde
5	Medical Scientific Huaert nv	OK	In orde
6	Ergocare	OK	In orde
Perceel 3 (Passieve tilliften)			
1	Arjohuntleigh nv	OK	In orde
2	Axamed NV	OK	In orde
3	Arseus Medical nv	OK	In orde
4	Metra bvba	OK	In orde
5	Medical Scientific Huaert nv	OK	In orde
6	Ergocare	OK	Bij post 3b (tilbanden) werd een rekenfout gemaakt: het moet € 10.668,00 i.p.v. € 1.066,80.

Nazicht abnormale eenheidsprijzen en totale offerteprijzen:

Perceel 1 (Badliften met weegmodule)
Geen abnormale prijzen.
Perceel 2 (Actieve tilliften)
Geen abnormale prijzen.
Perceel 3 (Passieve tilliften)
Geen abnormale prijzen.

Besluit van het formeel en materieel nazicht van de offertes

De volgende offertes worden door het bestuur als regelmatig beschouwd omdat eventuele onregelmatigheden niet essentieel zijn:

Nr.	Naam	Motivering
Perceel 1 (Badliften met weegmodule)		
1	Arjohuntleigh nv	In orde
2	Axamed NV	In orde



3	Ergocare	In orde
Perceel 2 (Actieve tilliften)		
1	Axamed NV	In orde
2	Arjohuntleigh nv	In orde
3	Arseus Medical nv	In orde
4	Metra bvba	In orde
5	Medical Scientific Huaert nv	In orde
6	Ergocare	In orde
Perceel 3 (Passieve tilliften)		
1	Arjohuntleigh nv	In orde
2	Axamed NV	In orde
3	Arseus Medical nv	In orde
4	Metra bvba	In orde
5	Medical Scientific Huaert nv	In orde
6	Ergocare	In orde



5. Vergelijking van de offertes en voorstel tot gunning

Vergelijking van de offertes volgens de in het bestek vermelde gunningscriteria

Nr.	Naam	Motivering	Score
Perceel 1 (Badliften met weegmodule)			
<p>Gunningscriterium nr. 1: Kwaliteit <i>Beoordeling op 60 punten</i> De kwaliteit van de aangeboden producten werd getest en beoordeeld door een team van deskundigen (per woonzorgcentrum).</p> <p>De puntenverdeling met betrekking tot de kwaliteit van de aangeboden goederen is als volgt:</p> <p>1) Gebruiksvriendelijkheid van de goederen: 30 punten Dit criterium wordt vooral vanuit het oogpunt van de verpleegkundige bekeken. Concreet betekent dit dat onder meer rekening zal worden gehouden met het gemak waarmee het toestel kan worden bediend; de duidelijkheid van de functies, de wijze waarop de batterijen kunnen worden herladen, ...</p> <p>2) Comfort: 30 punten Dit criterium wordt vanuit het oogpunt van de bewoner benaderd. Concreet zal rekening worden gehouden met het veiligheidsgevoel en het comfort voor de bewoner; ...</p>			
1	Arjohuntleigh nv	<p><u>Gebruiksvriendelijkheid van de goederen (25 pnt)</u></p> <p><u>Eerder positief</u> De snelheid van het tillen gaat vlot op en neer. De handgrepen zijn op een goede plaats te vinden. De afstandsbediening is gemakkelijk vast te haken aan het toestel. Dankzij het antislipmateriaal ligt het ook goed in de hand. De functies zijn duidelijk en goed bereikbaar, zowel op de lift als op de afstandsbediening. Een actieve lift kan onder de badlift heen. Het ontsmetten en poetsen van het toestel verloopt vlot door de afneembare elementen. Het toestel beschikt over een uitstekend elektrisch remsysteem (zowel op de lift zelf als via de afstandsbediening).</p> <p><u>Neutraal</u> De wendbaarheid en bestuurbaarheid van het toestel. De duidelijkheid van de batterijstatus. De frequentie van het herladen van de batterij.</p> <p><u>Eerder negatief</u> Het terugplaatsen van de batterij verloopt niet altijd even vlot. De wandlader van de batterijen zijn vrij zwaar.</p> <p><u>Comfort (30 pnt)</u></p> <p><u>Eerder positief</u> De zitpositie van de bewoner is heel goed. Het toestel wordt door de gebruikers als aangenaam</p>	55



		<p>ervaren. De handvaten zitten op een goede hoogte en geven de bewoners een optimaal veilig gevoel.</p> <p><u>Neutraal</u> /</p> <p><u>Eerder negatief</u> /</p>	
2	Axamed NV	<p><u>Gebruiksvriendelijkheid van de goederen (20 pnt)</u></p> <p><u>Eerder positief</u> De lift rijdt soepel en draait goed. Een actieve lift kan onder de badlift. De remmen werken goed.</p> <p><u>Neutraal</u> De snelheid van het tillen. Het gebruiksgemak van het bedieningspaneel. Het gebruiksgemak van de afstandsbediening. De duidelijkheid van de functies. De bereikbaarheid van de functies. De duidelijkheid van de batterijstatus. De frequentie van het herladen van de batterij.</p> <p><u>Eerder negatief</u> Het remsysteem is weinig ergonomisch (geen rem op werkhoogte). Het handvat is te smal. Er is geen centrale rem.</p> <p><u>Comfort (15 pnt)</u></p> <p><u>Eerder positief</u> De handvaten geven een veilig gevoel. Mogelijkheid om tot volledige zitpositie te komen</p> <p><u>Neutraal</u> /</p> <p><u>Eerder negatief</u> De badlift kan niet diep genoeg in het bad waardoor de bewoner amper met het zitvlak het wateroppervlak raakt. De zitting en rugsteun zijn hard. De zitplank is heel plat en het openingsvlak is niet zo groot. Hierdoor glijdt de bewoner soms weg. Er wordt veel metaal gebruikt wat een niet aangenaam gevoel geeft voor de bewoners. Het juk is voor sommige bewoners niet groot genoeg en duwde in de buik van sommige bewoners.</p>	35
3	Ergocare	<p><u>Gebruiksvriendelijkheid van de goederen (15 pnt)</u></p> <p><u>Eerder positief</u></p>	30



		<p>Het ontsmetten en poetsen van het toestel verloopt via afneembare elementen.</p> <p><u>Neutraal</u> De bereikbaarheid van de functies. De duidelijkheid van de batterijstatus. Het gebruiksgemak om de batterij te herladen. De frequentie van het herladen van de batterij.</p> <p><u>Eerder negatief</u> Het toestel gaat traag op en neer. Het toestel is te breed waardoor ook het verrijden soms stroef verloopt, zeker in combinatie met het gewicht en de houding van sommige bewoners. Een actieve lift kan er moeilijk onder. De handgrepen zitten te hoog en ook de verticale richting van de handgrepen zorgt voor een moeilijker bediening. De afstandsbediening valt soms gemakkelijk van het toestel. De functies zijn niet duidelijk. Het remsysteem is weinig ergonomisch. Geen centrale rem. Het is jammer dat de afneembare elementen moeilijke te (de)monteren zijn voor de zorgverlener.</p> <p>Comfort (15 pnt)</p> <p><u>Eerder positief</u> De mogelijkheid om tot een volledige zitpositie te komen.</p> <p><u>Neutraal</u></p> <p><u>Eerder negatief</u> De zitting en rugsteun zijn hard. De handvaten zitten ver weg, wat het veiligheidsgevoel van de bewoners vermindert.</p>	
<p>Gunningscriterium nr. 2: Het bedrag van de offerte <i>Beoordeling op 40 punten</i> Met betrekking tot het bedrag van de offerte zal per offerte het gewogen gemiddelde berekend worden volgens de voorziene hoeveelheden en de aangeboden prijzen van de producten, die in de bijgevoegde inventaris voorkomen. Hierbij zal geen rekening gehouden worden met niet te verantwoorden abnormaal lage of hoge prijzen. Proportionele berekening van het puntenaantal volgens de volgende formule : $E = \text{eenheid van berekening} \cdot \text{bedrag van de laagste conforme offerte} / \text{totaal puntenaantal (40)}$ Puntenaantal per offerte = $30 - p$. Waarbij $p = (\text{bedrag offerte} - \text{bedrag laagste conforme offerte}) / E$</p>			
2	Axamed NV	Het puntentotaal werd berekend via bovenstaande formule.	40
3	Ergocare	Het puntentotaal werd berekend via bovenstaande formule.	38,7
1	Arjohuntleigh nv	Het puntentotaal werd berekend via bovenstaande formule, rekening houdende met de percelenkorting, zie hieronder.	37,5
Perceel 2 (Actieve tilliften)			



Gunningscriterium nr. 1: Kwaliteit

Beoordeling op 60 punten

De kwaliteit van de aangeboden producten zal getest en beoordeeld worden door een team van deskundigen (per woonzorgcentrum).

De puntenverdeling met betrekking tot de kwaliteit van de aangeboden goederen is als volgt:

1) Gebruiksvriendelijkheid van de goederen: 30 punten

Dit criterium wordt vooral vanuit het oogpunt van de verpleegkundige bekeken. Concreet betekent dit dat onder meer rekening zal worden gehouden met het gemak waarmee het toestel kan worden bediend; de duidelijkheid van de functies, de wijze waarop de batterijen kunnen worden herladen, ...

2) Comfort: 30 punten.

Dit criterium wordt vanuit het oogpunt van de bewoner benaderd. Concreet zal rekening worden gehouden met het veiligheidsgevoel en het comfort voor de bewoner; ...

2	Arjohuntleigh nv	<p>Gebruiksvriendelijkheid van de goederen (25 pnt)</p> <p><u>Eerder positief</u> De lift gaat vlot op en neer. De lift rijdt en draait soepel. Er moet weinig kracht uitgeoefend worden om de lift te verplaatsen. Er kan vlot gemanoeuvereerd worden met de lift, zelfs in kleinere ruimtes zoals de badkamer of openbaar toilet. Deze afstandsbediening is gemakkelijk aan het toestel vast te maken. De functies zijn duidelijk weergegeven en goed bereikbaar. De batterijstatus wordt duidelijk weergegeven, zowel op het toestel alsook op de afstandsbediening. Het toestel beschikt over een goed remsysteem. Stevige tildoeken in verschillende maten en modellen beschikbaar.</p> <p><u>Neutraal</u> Het gebruiksgemak om de batterij te herladen. De frequentie van het herladen van de batterij.</p> <p><u>Eerder negatief</u> De grootte van de batterijen.</p> <p>Comfort (25 pnt)</p> <p><u>Eerder positief</u> Er is een goede positionering mogelijk. Het onderstel kan gemakkelijk onder een bed of zijdelings van een stoel of zetel. Er zijn verschillende grijppunten bij deze tillift wat voor een zeer veilig gevoel zorgt. De bijkomende fixatieband ter hoogte van de onderbenen geeft een goed veiligheidsgevoel. Er is een betrouwbaar bevestigingssysteem van de tilband.</p> <p><u>Neutraal</u> De lift kan op een hoogte voor een natuurlijke stahouding.</p>	50
---	------------------	--	----



		<p><u>Eerder negatief</u> /</p>	
4	Metra bvba	<p><u>Gebruiksvriendelijkheid van de goederen (20 pnt)</u></p> <p><u>Eerder positief</u> De lift heeft een goede tilsnelheid. Eenvoudige, compacte en goed wendbare lift. Het toestel is weinig belastend voor de begeleider. Stevige tildoeken in verschillende maten zijn verkrijgbaar De duidelijkheid van de functies. De bereikbaarheid van de functies.</p> <p><u>Neutraal</u> Het remsysteem. De frequentie voor het herladen van de batterij.</p> <p><u>Eerder negatief</u> De afstandsbediening schuift gemakkelijk naar beneden. De batterijstatus is te laag en niet zo duidelijk.</p> <p><u>Comfort (20 pnt)</u></p> <p><u>Eerder positief</u> Lift kan tot tegen de zetel gebracht worden zodat de bewoner volledig met de rug tegen de leuning gepositioneerd kan worden. De lift geeft een veilig gevoel.</p> <p><u>Neutraal</u> De mogelijkheid tot natuurlijke stahouding.</p> <p><u>Eerder negatief</u> De lift gaat eerder traag wat een onveilig gevoel geeft.</p>	40
1	Axamed NV	<p><u>Gebruiksvriendelijkheid van de goederen (20 pnt)</u></p> <p><u>Eerder positief</u></p> <p>De lift is wendbaar en soepel in gebruik. Er zijn stevige tildoeken beschikbaar. Het toestel heeft een zeer duidelijk en veilig kliksysteem. Duidelijkheid van de functies. Bereikbaarheid van de functies. Functionaliiteit van de remmen.</p> <p><u>Neutraal</u> Ophangbeugel voor de afstandsbediening. Gebruiksgemak bedieningspaneel. Ergonomie.</p>	35



		<p>Duidelijkheid batterijstatus. Gebruiksgemak herladen batterij. Frequentie herladen batterij.</p> <p><u>Eerder negatief</u> De lift gaat eerder traag op en neer. De afstandsbediening blijft niet altijd aan de lift hangen indien via de magneet vastgemaakt.</p> <p>Comfort (15 pnt)</p> <p><u>Eerder positief</u> Stevige tildoeken in verschillende maten zijn verkrijgbaar</p> <p><u>Neutraal</u> Mogelijkheid tot natuurlijke stahouding.</p> <p><u>Eerder negatief</u> De bewoner kan niet goed gepositioneerd worden in een rolwagen of zetel. De kniesteunen staan te ver uit elkaar. Dit geeft een risico op wonden van de onderbenen doordat ze er tussen schieten met de benen.</p>	
3	Arseus Medical nv	<p><u>Gebruiksvriendelijkheid van de goederen (20 pnt)</u></p> <p><u>Eerder positief</u> De lift is makkelijk te besturen. Voor lange afstanden is er een beugel aan het linkerwiel voorzien om niet af te wijken tijdens het rijden. Duidelijkheid van de functies. Bereikbaarheid van de functies. Gebruiksgemak herladen batterij.</p> <p><u>Neutraal</u> Functionaliteit van de remmen. Frequentie herladen batterij.</p> <p><u>Eerder negatief</u> Het toestel gaat eerder traag naar boven en beneden. De afstandsbediening valt af en toe op de grond. Inhangen van de lussen van de tildoeken vraagt enige behendigheid. De handvaten hangen te hoog. Batterijstatus staat te laag op het toestel. De clips van de tildoeken zijn moeilijk hanteerbaar.</p> <p>Comfort (15 pnt)</p> <p><u>Eerder positief</u> De voeten kunnen niet uit of af de voetplank schuiven.</p>	35



		<p><u>Neutraal</u> /</p> <p><u>Eerder negatief</u> De voetplank is te breed voor een elektrische rolstoel. De voetplank kan niet (ver genoeg) onder een geriatrische zetel. De handvaten hangen te hoog waardoor de positie van de armen niet goed is. De haken waaraan de lussen worden bevestigd zijn zeer scherp.</p>	
6	Ergocare	<p><u>Gebruiksvriendelijkheid van de goederen (20 pnt)</u></p> <p><u>Eerder positief</u> De batterijen zijn compact en licht. Er is een goed klikstelsel aanwezig. Er is een goed remsysteem. Stevige tildoeken zijn in verschillende maten verkrijgbaar. Wendbaarheid wordt als positief ervaren.</p> <p><u>Neutraal</u> Snelheid tillen. Duidelijkheid van de functies. Ergonomie. Duidelijkheid batterijstatus. Frequentie herladen batterij.</p> <p><u>Eerder negatief</u> De ophanging van de afstandsbediening is niet goed waardoor de afstandsbediening er gemakkelijk afvalt; dit heeft ook zijn invloed op de bereikbaarheid van de functies.</p> <p><u>Comfort (15 pnt)</u></p> <p><u>Eerder positief</u> De lift wordt door een aantal bewoers als conformtabel aanvoeld. De tildoeken zijn voldoende stevig en geven daardoor een voldoende veiligheidsgevoel.</p> <p><u>Neutraal</u> Mogelijkheid tot volledige zitpositie</p> <p><u>Eerder negatief</u> De voeten glijden gemakkelijk van de voetsteun. De handvaten opzij staan erg ver achteruit waardoor ze weinig gebruikt worden. Er heerst bij sommige bewoners een onveilig gevoel doordat het juk los hangt.</p>	35
5	Medical Scientific Huaert	<u>Gebruiksvriendelijkheid van de goederen (10 pnt)</u>	20



	nv	<p><u>Eerder positief</u> /</p> <p><u>Neutraal</u> Wendbaarheid Duidelijkheid functies Snelheid van tillen.</p> <p><u>Eerder negatief</u> De afstandsbediening hangt aan een lange, onpraktische en onhandige draad Het inhangen van de lussen van de tildoeken vraagt enige behendigheid. Het losmaken van de remmen is niet ergonomisch voor de zorgverlener. De batterijstatus is niet duidelijk genoeg. De batterij wordt met stopcontact opgeladen via een lange draad wat zeer onhandig is. Er is geen goed doeksysteem beschikbaar.</p> <p>Comfort (10 pnt)</p> <p><u>Eerder positief</u> /</p> <p><u>Neutraal</u> /</p> <p><u>Eerder negatief</u> De bewoners kunnen niet goed in de zetel gepositioneerd worden omdat aan het toestel nog een voetbankje hangt waardoor er niet dicht bij een zetel kan gekomen worden. De lift gaat niet hoog genoeg voor iemand die weinig steunfunctie heeft. Het is moeilijk om in een rolstoel terecht te kunnen. Er kunnen geen bewoners in een elektrische rolstoel geplaatst worden. De bewoners staan niet mooi recht. De tildoeken zijn onvoldoende comfortabel De bewoners zwieren heen en weer wat een zeer onveilig gevoel geeft.</p>	
<p>Gunningscriterium nr. 2: Het bedrag van de offerte <i>Beoordeling op 40 punten</i> Met betrekking tot het bedrag van de offerte zal per offerte het gewogen gemiddelde berekend worden volgens de voorziene hoeveelheden en de aangeboden prijzen van de producten, die in de bijgevoegde inventaris voorkomen. Hierbij zal geen rekening gehouden worden met niet te verantwoorden abnormaal lage of hoge prijzen. Proportionele berekening van het puntenaantal volgens de volgende formule : $E = \text{eenheid van berekening.} = \text{bedrag van de laagste conforme offerte} / \text{totaal puntenaantal (40)}$ $\text{Puntenaantal per offerte} = 30 - p$. Waarbij $p = (\text{bedrag offerte} - \text{bedrag laagste conforme offerte}) / E$</p>			
5	Medical Scientific Huaert nv	Het puntentotaal werd berekend via bovenstaande formule.	40



4	Metra bvba	Het puntentotaal werd berekend via bovenstaande formule.	34,5
3	Arseus Medical nv	Het puntentotaal werd berekend via bovenstaande formule.	30,5
2	Arjohuntleigh nv	Het puntentotaal werd berekend via bovenstaande formule, rekening houdende met de percelenkorting, zie hieronder.	30,5
6	Ergocare	Het puntentotaal werd berekend via bovenstaande formule.	26
1	Axamed NV	Het puntentotaal werd berekend via bovenstaande formule.	20,8

Perceel 3 (Passieve tilliften)

Gunningscriterium nr. 1: Kwaliteit

Beoordeling op 60 punten

De kwaliteit van de aangeboden producten zal getest en beoordeeld worden door een team van deskundigen (per woonzorgcentrum).

De puntenverdeling met betrekking tot de kwaliteit van de aangeboden goederen is als volgt:

1) Gebruiksvriendelijkheid van de goederen: 30 punten

Dit criterium wordt vooral vanuit het oogpunt van de verpleegkundige bekeken. Concreet betekent dit dat onder meer rekening zal worden gehouden met het gemak waarmee het toestel kan worden bediend; de duidelijkheid van de functies, de wijze waarop de batterijen kunnen worden herladen, ...

2) Comfort: 30 punten.

Dit criterium wordt vanuit het oogpunt van de bewoner benaderd. Concreet zal rekening worden gehouden met het veiligheidsgevoel en het comfort voor de bewoner; ...

1	Arjohuntleigh nv	<p>Gebruiksvriendelijkheid van de goederen (25 pnt)</p> <p><u>Eerder positief</u> De lift gaat vlot op en neer. De lift rijdt en draait soepel. Er moet weinig kracht uitgeoefend worden om de lift te verplaatsen. Deze afstandsbediening is gemakkelijk aan het toestel vast te maken. Alles is duidelijk zichtbaar en bedienbaar. De uitleg van symbolen en handelingen wordt nog extra duidelijk gemaakt met tekeningen. Er is een dubbele bereikbaarheid, zowel op de lift als op de afstandsbediening. De lift kan tot op de grond om de bewoners van de grond te tillen. De lift is zeer ergonomisch. De batterijstatus wordt duidelijk weergegeven, zowel op het toestel alsook op de afstandsbediening. Er is een gemakkelijk te bedienen remsysteem. Er zijn stevige tildoecken in verschillende maten en modellen beschikbaar.</p> <p><u>Neutraal</u> Gebruiksgemak herladen batterij. Frequentie herladen batterij.</p> <p><u>Eerder negatief</u> In kleinere ruimtes, zoals een badkamer, is het moeilijker om te manoeuvreren.</p>	55
---	------------------	---	----



		<p>De grootte van de batterijen.</p> <p><u>Comfort (30 pnt)</u></p> <p><u>Eerder positief</u> Zeer gemakkelijk om de bewoners in volledige zitpositie te brengen. De lift wordt als comfortabel beschouwd door de bewoners. De bewoners voelen zich zeer veilig.</p> <p><u>Neutraal</u> /</p> <p><u>Eerder negatief</u> /</p>	
2	Axamed NV	<p><u>Gebruiksvriendelijkheid van de goederen (25 pnt)</u></p> <p><u>Eerder positief</u> De lift heeft een goede snelheid en gaat ook laag en zeer hoog. Bovendien is ze zeer wendbaar en soepel in gebruik. Ze is ergonomisch en heeft weinig duwkracht nodig. De duidelijkheid van de batterijstatus is een pluspunt. Er zijn stevige tildoeken in verschillende maten en modellen beschikbaar. De bevestiging met een veiligheidsclip is zeer duidelijk en veilig.</p> <p><u>Neutraal</u> Gebruiksgemak bedieningspaneel. Ophangbeugel voorzien voor de afstandsbediening. Duidelijkheid van de functies. Bereikbaarheid van de functies. Duidelijkheid batterijstatus. Gebruiksgemak herladen batterij. Functionaliteit van de remmen. Frequentie herladen batterij.</p> <p><u>Eerder negatief</u> De afstandsbediening blijft niet altijd aan de lift hangen via de magneet.</p> <p><u>Comfort (20 pnt)</u></p> <p><u>Eerder positief</u> De bewoners hebben een hele goede zithouding. De lift is comfortabel en veilig voor de bewoners.</p> <p><u>Neutraal</u> /</p> <p><u>Eerder negatief</u> Bewoners houden zich vast aan het juk omdat er geen specifieke handvaten aanwezig zijn.</p>	45



4	Metra bvba	<p><u>Gebruiksvriendelijkheid van de goederen (20 pnt)</u></p> <p><u>Eerder positief</u> De lift heeft een goede snelheid en is licht en wendbaar. De lift is ergonomisch. De batterijen zijn klein en compact waardoor ze gemakkelijk te hanteren zijn. Er is een goed remsysteem beschikbaar. De tildoeken hebben een goed kliksysteem.</p> <p><u>Neutraal</u> Duidelijkheid van de functies Vlotheid optillen van de grond Frequentie herladen batterij</p> <p><u>Eerder negatief</u> De magneet van de afstandsbediening valt vaak naar beneden. De batterijstatus staat te laag.</p> <p><u>Comfort (20 pnt)</u></p> <p><u>Eerder positief</u> De bewoners hebben een goede zithouding. De tildoeken zijn comfortabel.</p> <p><u>Neutraal</u> /</p> <p><u>Eerder negatief</u> Het juk beweegt veel waardoor je goed moet opletten om de bewoner niet te kwetsen.</p>	40
3	Arseus Medical nv	<p><u>Gebruiksvriendelijkheid van de goederen (15 pnt)</u></p> <p><u>Eerder positief</u> De lift rijdt gemakkelijk en is goed hanteerbaar. Voor lange afstanden is er een beugel aan het linkerviel voorzien om niet af te wijken tijdens het rijden. Er is een goed extra kliksysteem (met kleuren rood-groen) om de beveiliging te controleren. Snelheid tillen. Gebruiksgemak afstandsbediening. Duidelijkheid van de functies.</p> <p><u>Neutraal</u> De bereikbaarheid van de functies aan het paneel. Duidelijkheid batterijstatus. Gebruiksgemak herladen batterij. Functionaliteit van de remmen. Frequentie herladen batterij.</p> <p><u>Eerder negatief</u></p>	30



		<p>Het bedieningspaneel aan het juk is niet gemakkelijk te bedienen. Het juk is niet bedienbaar met de afstandsbediening. De weegfunctie werkte tijdens het testen niet altijd naar behoren. De bereikbaarheid van de functies aan het juk is niet goed. De maximale hoogte van de tillift is onvoldoende waardoor het bed lager moet gebracht worden. Bij zwaardere bewoners zijn de beenstukken te kort. De comfort tildoeken die blijven zitten zijn weliswaar goed, maar de andere tildoeken zijn moeilijk aan te brengen bij de bewoner.</p> <p><u>Comfort (15 pnt)</u></p> <p><u>Eerder positief</u> /</p> <p><u>Neutraal</u> Mogelijkheid tot volledige zitpositie</p> <p><u>Eerder negatief</u> Sommige bewoners hebben het gevoel dat ze uit de tildoeke zullen vallen. De motor tussen de beensteunen kan gevaarlijk zijn om wonden bij de bewoners op te lopen. Het bovenstuk van de lift beweegt veel waardoor de bewoner dit in het gezicht zou kunnen krijgen.</p>	
6	Ergocare	<p><u>Gebruiksvriendelijkheid van de goederen (15 pnt)</u></p> <p><u>Eerder positief</u> Dit is een licht toestel en rijdt gemakkelijk. Het heeft ook een compacte, lichte batterij. Duidelijkheid van de functies. Vlotheid optillen van de grond. Tildoeken.</p> <p><u>Neutraal</u> Duidelijkheid batterijstatus. Gebruiksgemak herladen batterij. Functionaliteit van de remmen. Frequentie herladen batterij.</p> <p><u>Eerder negatief</u> De lift gaat eerder traag omhoog. De ophanging van de afstandsbediening is niet goed waardoor de afstandsbediening er gemakkelijk afvalt. De bereikbaarheid van de functies zijn niet goed. Het bed moet soms volledig naar beneden om de bewoner in bed te leggen en vereist daardoor soms een bijkomende handeling voor de transfer. Het pinnetje aan de bovenkant moet omhoog staan indien</p>	30



		<p>je het juk wil draaien, wat niet handig is dat je daar steeds moet op letten.</p> <p><u>Comfort (15 pnt)</u></p> <p><u>Eerder positief</u> Mogelijkheid tot volledige zitpositie.</p> <p><u>Neutraal</u></p> <p><u>Eerder negatief</u> Het schommelen geeft een vervelend en onveilig gevoel. De bewoner komt met de benen tegen het toestel. De lift geeft soms ook een eng gevoel aan de bewoners omdat het toestel niet hoog genoeg gaat. Er wordt een verminderd comfort ervaren door de te korte benen van de doek, die ook een snijgevoel geven in de benen van de hulpvrager.</p>	
5	Medical Scientific Huaert nv	<p><u>Gebruiksvriendelijkheid van de goederen (10 pnt)</u></p> <p><u>Eerder positief</u> Snelheid tillen. Duidelijkheid van de functies. Bereikbaarheid van de functies.</p> <p><u>Neutraal</u> Gebruiksgemak herladen batterij. Frequentie herladen batterij.</p> <p><u>Eerder negatief</u> Het onderstel hangt te laag bij de grond, waardoor de lift soms blijft haperen. Het besturen en de wendbaarheid van de lift is niet goed, zeker met een gewicht erin. Het toestel maakt veel lawaai tijdens het rijden.</p> <p>De ophangbeugel van de afstandsbediening hangt te laag en de afstandsbediening zelf heeft een te lang snoer. Het toestel is weinig ergonomisch. De motor op de mast staat de vlotheid van het optillen van de grond in de weg. Het is moeilijk om de schouderlussen vast te maken vanuit de liggende positie op de grond. De batterijstatus staat te laag. Het lussensysteem werkt onhandig en vraagt enige trek- en duwkracht om ze te bevestigen. De tildoek zonder neksteun is oncomfortabel en gevaarlijk bij ouderen.</p> <p><u>Comfort (5 pnt)</u></p> <p><u>Eerder positief</u></p>	15



	/	
	<u>Neutraal</u>	
	/	
	<u>Eerder negatief</u>	
	De begeleider moet de bewoner tot een goede positie duwen wat niet voor iedereen gemakkelijk is.	
	De bewoners hebben geen veilig en comfortabel gevoel.	
	Er is geen handvat aanwezig	
	De tildoek spant te veel.	
	Het toestel wiebelt veel en geeft daardoor een minder stabiele indruk.	

Gunningscriterium nr. 2: Het bedrag van de offerte

Beoordeling op 40 punten

Met betrekking tot het bedrag van de offerte zal per offerte het gewogen gemiddelde berekend worden volgens de voorziene hoeveelheden en de aangeboden prijzen van de producten, die in de bijgevoegde inventaris voorkomen. Hierbij zal geen rekening gehouden worden met niet te verantwoorden abnormaal lage of hoge prijzen. Proportionele berekening van het puntenaantal volgens de volgende formule : $E = \text{eenheid van berekening} \cdot \text{bedrag van de laagste conforme offerte} / \text{totaal puntenaantal (40)}$ Puntenaantal per offerte = $30 - p$. Waarbij $p = (\text{bedrag offerte} - \text{bedrag laagste conforme offerte}) / E$

5	Medical Scientific Huaert nv	Het puntentotaal werd berekend via bovenstaande formule.	40
4	Metra bvba	Het puntentotaal werd berekend via bovenstaande formule.	16,2
3	Arseus Medical nv	Het puntentotaal werd berekend via bovenstaande formule.	3,3
1	Arjohuntleigh nv	Het puntentotaal werd berekend via bovenstaande formule, rekening houdende met de percelenkorting, zie hieronder.	2,4
2	Axamed NV	Het puntentotaal werd berekend via bovenstaande formule.	0
6	Ergocare	Het puntentotaal werd berekend via bovenstaande formule.	0

Prijskortingen bij de samenvoeging van percelen die aan een inschrijver worden gegund

Een aantal inschrijvers dienden een prijskorting aan bij de samenvoeging van verschillende percelen:

	Kortingspercent age 2 percelen	kortingspercent age 3 percelen
Arjohuntleigh	/	5%
Arseus	3%	Nvt
Axamed	/	/
Ergocare	3%	3%
Metra	2%	Nvt
MSH	/	Nvt



Enkel het scenario waarbij Arjohuntleigh verschillende percelen gegund wordt (3 percelen) is van toepassing. Bij de berekening van de punten voor het gunningscriterium nr. 2 'Het bedrag van de offerte' werd dan ook enkel de korting bij Arjohuntleigh toegepast.

Finale rangschikking regelmatige offertes (gerangschikt volgens totale score)

Nr.	Naam	Score	Prijs incl. btw*
Perceel 1 (Badliften met weegmodule)			
1	Arjohuntleigh nv	92,5	€ 97.594,27 (**)
2	Axamed NV	75	€ 91.840,94
3	Ergocare	68,7	€ 94.786,68
Perceel 2 (Actieve tilliften)			
2	Arjohuntleigh nv	80,5	€ 45.208,61 (**)
4	Metra bvba	74,5	€ 41.512,58
3	Arseus Medical nv	65,5	€ 45.126,95
6	Ergocare	61	€ 49.298,55
1	Axamed NV	55,8	€ 54.043,32
5	Medical Scientific Huaert nv	60	€ 36.503,04
Perceel 3 (Passieve tilliften)			
1	Arjohuntleigh nv	57,4	€ 62.317,93 (**)
4	Metra bvba	56,2	€ 51.205,02
5	Medical Scientific Huaert nv	55	€ 32.125,46
2	Axamed NV	45	€ 82.088,82
3	Arseus Medical nv	33,3	€ 61.619,25
6	Ergocare	30	€ 72.601,04

* Nagerekende bedragen

** Rekening houdende met de korting indien verschillende percelen gegund worden



VOORSTEL TOT GUNNING VAN DE OPDRACHT

Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen, het formeel en materieel nazicht van de offertes en de vergelijking van de offertes gemaakt in de voorgaande punten, stelt de ontwerper voor:

* Perceel 1 (Badliften met weegmodule) te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte, zijnde Arjohuntleigh nv, BE0418919541, Evenbroekveld 16 te 9420 Erpe-Mere, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver

* Perceel 2 (Actieve tilliften) te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte, zijnde Arjohuntleigh nv, BE0418919541, Evenbroekveld 16 te 9420 Erpe-Mere, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver

* Perceel 3 (Passieve tilliften) te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte, zijnde Arjohuntleigh nv, BE0418919541, Evenbroekveld 16 te 9420 Erpe-Mere, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver

Het totale gunningsbedrag bedraagt € 169.521,33 excl. btw of € 205.120,81 incl. 21% btw.

De ontwerper,

Thomas Vanhoutte
Adjunct van de directie