



---

**2024\_CBS\_10332 14453/1/2 - Vergunningsaanvraag ioniserende stralingen klasse 2 -Gunstig advies**

**Beslissing:** Goedgekeurd in besloten vergadering van 31 oktober 2024

**Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:**

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen  
Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen  
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, adjunct-algemeendirecteur

**Bevoegd:** Tine Heyse

**Juridisch kader**

**De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:**

- Het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.

**De beslissing wordt genomen op grond van:**

- Het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.

**Motivering**

**Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies voor de vergunningsaanvraag ioniserende stralen.**

**WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?**

**Odisee vzw** heeft een vergunningsaanvraag ioniserende stralen ingediend voor een inrichting gelegen op **Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent** bij de Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Het dossier handelt over:

toevoeging van 1 toestel voor industriële CT-toestel (225 kVp), waardoor de klasse van de inrichting dient te wijzigen naar een klasse II vergunning.

Het huidige vergunde X-stralentoestel voor industriële radiografie blijft behouden.

Het dossier werd voorgelegd aan BRANDWEERZONE CENTRUM

Op 3 oktober 2024 werd GUNSTIG advies uitgebracht. (034300-060/SP/2024 )

Volgende opmerking wordt gegeven:

Er dient integraal voldaan worden aan de voorwaarden, opgenomen in brandpreventieverslag met referentie: 034300.054/FR/2017, daterend van 16/02/2017.

De locaties van de CT-toestellen moeten opgenomen worden in het interventiedossier met referentie: 070234.

Het college van burgemeester en schepenen moet advies uitbrengen bij de FANC.

## **Beslissing**

**Beslist het volgende:**

### **Artikel 1:**

Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies indien voldaan wordt aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit 20 juli 2001 en latere wijzigingen, houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en de werknemers tegen het gevaar van ioniserende stralingen voor de aanvraag die handelt over toevoeging van 1 toestel voor industrieel CT-toestel (225 kVp), waardoor de klasse van de inrichting dient te wijzigen naar een klasse II vergunning.

Het huidige vergunde X-stralentoestel voor industriële radiografie blijft behouden.

### **Artikel 2:**

**Verzoekt de FANC om volgende aandachtspunten op te leggen aan de aanvrager:**

Er dient integraal voldaan worden aan de voorwaarden, opgenomen in brandpreventieverslag met referentie: 034300.054/FR/2017, daterend van 16/02/2017.

De locaties van de CT-toestellen moeten opgenomen worden in het interventiedossier met referentie: 070234.

2024\_CBS\_10332 - 14453/1/2 - Vergunningsaanvraag ioniserende stralingen klasse 2 -Gunstig  
advies